

III - Orta
50

Doğruluk Sınıfı

Muayene Sabiti (e)

	Kapasite (ton)	Mak. İzin Verilebilir Hata (e)	Belirsizlik Değeri (%)
1	1 t	0,5	5,00%
2	2 t	0,5	2,50%
3	3 t	0,5	1,67%
4	4 t	0,5	1,25%
5	5 t	0,5	1,00%
6	6 t	0,5	0,83%
7	7 t	0,5	0,71%
8	8 t	0,5	0,63%
9	9 t	0,5	0,56%
10	10 t	0,5	0,50%
11	11 t	0,5	0,45%
12	12 t	0,5	0,42%
13	13 t	0,5	0,38%
14	14 t	0,5	0,36%
15	15 t	0,5	0,33%
16	16 t	0,5	0,31%
17	17 t	0,5	0,29%
18	18 t	0,5	0,28%
19	19 t	0,5	0,26%
20	20 t	0,5	0,25%
21	21 t	0,5	0,24%
22	22 t	0,5	0,23%
23	23 t	0,5	0,22%
24	24 t	0,5	0,21%
25	25 t	0,5	0,20%
26	26 t	1	0,38%
27	27 t	1	0,37%
28	28 t	1	0,36%
29	29 t	1	0,34%
30	30 t	1	0,33%
31	31 t	1	0,32%
32	32 t	1	0,31%
33	33 t	1	0,30%
34	34 t	1	0,29%
35	35 t	1	0,29%
36	36 t	1	0,28%
37	37 t	1	0,27%
38	38 t	1	0,26%
39	39 t	1	0,26%
40	40 t	1	0,25%
41	41 t	1	0,24%
42	42 t	1	0,24%
43	43 t	1	0,23%
44	44 t	1	0,23%
45	45 t	1	0,22%
46	46 t	1	0,22%
47	47 t	1	0,21%
48	48 t	1	0,21%
49	49 t	1	0,20%
50	50 t	1	0,20%
51	51 t	1	0,20%
52	52 t	1	0,19%
53	53 t	1	0,19%
54	54 t	1	0,19%
55	55 t	1	0,18%
56	56 t	1	0,18%
57	57 t	1	0,18%
58	58 t	1	0,17%
59	59 t	1	0,17%
60	60 t	1	0,17%
61	61 t	1	0,16%
62	62 t	1	0,16%
63	63 t	1	0,16%
64	64 t	1	0,16%
65	65 t	1	0,15%
66	66 t	1	0,15%
67	67 t	1	0,15%
68	68 t	1	0,15%
69	69 t	1	0,14%
70	70 t	1	0,14%

www.resisco.com

Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2014/31/AB) Ek-1' e göre hesaplanarak hazırlanmıştır
<http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160702-3-1.pdf>

Kurum ve kuruluşlarda kanıt olarak kullanılamaz. Hesaplamalarda yer alan olası hatalardan oluşacak sonuçlardan firmamız sorumlu değildir. Bilgi amaçlı çalışma notudur.